ВНИИС
VNIIS

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
http://www.vniis.ru E-mail:kp@vniis.ru

Исх. № 101-ИС/60 от 06.02.23

Генеральному директору
ООО «Измерительная техника»
С.В. Литягову
105082, г. Москва,
ул. Бакунинская, д. 58, стр. 1, эт. 1,
пом. II, комн. 2
+7(495) 730-79-30

На № ИТ-020
от 25.01.2023

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: лабораторные pH-метры, иономеры, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция **не включена** в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г. (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии **не требуется**.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция **подпадает** под действие технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 (с изменениями), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 (с изменениями), и для нее **требуется** представление декларации о соответствии требованиям данных технических регламентов.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (499) 253-03-68
г. Москва, Б.Кисельный пер., д.14, каб.208